

BRUGSANVISNING

- Tjek udløbsdato inden brug af testen
- Dette er en engangstest og kan kun bruges én gang - uanset test-resultat
- Testen kan bruges ved temperaturer fra -10°C til 40°C
- Opbevares utilgængeligt for børn og dyr
- Vær forsigtig med røret, da det er lavet af glas og er skrøbeligt
- Hvis krystallerne kommer i kontakt med fx. hud eller øjne, så skyl straks med vand

Producent:

Contralco Frankrig - www.contralco.com

GRATIS HJÆLP & INFO

www.trafiksikkersilkeborg.dk

sundhedshuset@silkeborg.dk

Tlf.: 2015 4674 (gratis rådgivning)

rusmiddelcenter@silkeborg.dk

Tlf.: 8970 4700 (gratis rådgivning)



ALKOHOL & KØRSEL ER IKKE EN GOD COCKTAIL

TJEK DIN PROMILLE

HUSK

grænsen er

0,5‰

ENGANGS ALKOHOLTESTER



OBS! Engangstesteren er vejledende, og kan ikke sidestilles eller erstatte politiets udstyr eller en blodprøve.



Silkeborg
kommune

VEJLEDNING

Vent mindst 10 minutter med at tage testen, efter at du har drukket alkohol, taget medicin eller brugt mundskyl. Den maksimale alkoholpromille kommer normalt 45 - 60 minutter efter seneste alkoholindtag.



Røret trækkes ud øverst i posen



Tryk røret så meget sammen du kan, for at aktivere det



Ballonposen pustes op med ét enkelt udåndingspust



Røret sættes på mundstykket



Al luften presses ud af posen gennem røret på ca. 15 sek.



Fold din hånd omkring røret i 1 eller 3 min. afhængig af farven på det runde label påsat i taleboblen under pkt. 6 på ballonen

Hvid: 1 min. - Rød: 3 min.

Se resultatet, når du åbner din hånd.

Hvis krystallerne i røret er røde, betyder det, at din promille er 0,5 ‰ eller højere



Hvis krystallerne i røret er hvide, betyder det at din promille er mindre end 0,5 ‰



ER DU I TVIVL, SÅ LAD VÆRE MED AT KØRE!

Allerede ved en promille på 0,2 kan dit syn fx påvirkes og dermed dine evner til at bedømme fx afstande i trafikken.

